

BULLETIN D'ANALYSES

FLUODROP B10 FR/EN/NL DOMES

A002861200

N° DE LOT : 3Q87
Fabrication : 04/10/2021
Péremption : 10/2024

Cahier des charges TVM ST-EX-01-2017-02 du 10/04/2017 + Avenant n°1 du 17/04/2018

	NORMES	RESULTATS
Contrôles généraux		
Aspect de la solution	Pratiquement limpide, jaune orangée, pratiquement exempt de particules	Conforme
Volume délivrable	≥ 0.40 ml	0,48 ml
Détermination du pH	7.0 - 9.0	7,5
Osmolalité	Reporter la valeur	296 mosmol/kg
Abaissment cryoscopique	Reporter la valeur	0,55 °
Essai de stérilité	Conforme selon Ph.Eur.	Conforme
Identifications		
Fluoresceine	Tache jaune puis rose	Conforme
Chlorures	Précipité soluble dans l'ammoniaque	Conforme
Dosage (pour 100 ml)		
Fluorescéine sodique (HPLC)	4.04 - 4.46 mg/ml	4,28 mg/ml

CONCLUSION :

ACCEPTE LE

22/02/22

Edouard Nicolini
Pharmacien Assurance Qualité Produit
Par délégation du Pharmacien Responsable

Edouard NICOLINI
Pharmacien AQ Produit