



Menicon Pharma
Bld Sébastien Brant Parc d'Innovation
F- 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
TEL : 03 88 66 81 30 FAX : 03 88 67 83 73

CERTIFICAT D'ANALYSE

Produit Analysé : **Ocrl Solution 135 mL**

N° lot : **220387**

Date de fabrication : **2022-09**

Date de péremption : **2024-09**

Chimie / Chemistry		Microbiologie / Microbiology	
Méthode d'analyse :	PLC8039	Méthode d'analyse :	220091129
N° d'Analyse :	22/1493	N° d'Analyse :	22/1494
Date :	15/09/2022	Date :	13/09/2022
Réalisé par :	JH	Réalisé par :	CONFARMA
Référence données brutes :	34323	Référence données brutes :	2220908052A

ANALYSES / ANALYSIS	SPECIFICATIONS	RESULTATS / RESULTS
I/ Chimie <u>Caractères</u> - Aspect - Odeur - Volume moyen - pH (Ph. Eur.) - Osmolalité	Solution limpide, de couleur bleu clair Odeur de rose supérieur ou égal à 135 mL 7,20 - 7,45 270 - 290 mOsm/kg	conforme conforme 137 mL 7,37 275 mOsm/kg
II/ Microbiologie <u>Test de Stérilité</u>	Stérile	conforme

Produit / Product ☒ **Conforme** ☐ **Non Conforme**

Visa et Date Contrôle Chimie <i>Chemistry Visa and Date:</i>	JH 16/09/2022	Approbation (Date et Visa) Responsable Laboratoire C. LAZARUS 29 09 2022
Visa et Date Contrôle Microbiologique <i>Microbiological Visa and Date</i>	ES 28/09/2022	